

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: SERGIPE GAS S/A - SERGAS - SERGIPE GAS S/A - SERGAS - (SE)

Licitação: (Ano: 2024/ SERGIPE GAS S/A - SERGAS / Nº Processo: 3085/2023)

às 09:15:32 horas do dia 30/01/2024 no endereço AVENIDA PREF HERACLITO ROLLEMBERG-2482 CONJ AUGUSTO FRANCO, bairro FAROLANDIA, da cidade de ARACAJU - SE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). VICTOR SANTOS VALERIANO, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 3085/2023 - 2024/30/2023 que tem por objeto Aquisição de cilindros de amostragem (com válvulas) para utilização nas rotinas de coleta de amostras de gás para monitoramento cromatográfico do COG (Concentração de Odorante no Gás).

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Aquisição de cilindros de amostragem (com válvulas) para utilização nas rotinas de coleta de amostras de gás para monitoramento cromatográfico do COG (Concentração de Odorante no Gás), conforme especificações técnicas detalhadas constantes deste edital e seus anexos.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
30/01/2024 08:39:18:039	TECFLUX LTDA	R\$ 66.002,50
26/01/2024 14:43:19:475	J2T ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	R\$ 62.282,69
29/01/2024 15:53:26:651	SINERGIA COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAIS LTDA	R\$ 139.795,00

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - Aquisição de cilindros de amostragem (com válvulas) para utilização nas rotinas de coleta de amostras de gás para monitoramento cromatográfico do COG (Concentração de Odorante no Gás), conforme especificações técnicas detalhadas constantes deste edital e seus anexos.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
30/01/2024 09:28:35:679	J2T ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	R\$ 54.950,00
30/01/2024 09:24:52:609	TECFLUX LTDA	R\$ 55.000,00
30/01/2024 09:24:12:750	SINERGIA COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAIS LTDA	R\$ 59.800,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 30/01/2024, às 09:29:37 horas, no lote (1) - Aquisição de cilindros de amostragem (com válvulas) para utilização nas rotinas de coleta de amostras de gás para monitoramento cromatográfico do COG (Concentração de Odorante no Gás), conforme especificações técnicas detalhadas constantes deste edital e seus anexos. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-07. No dia 31/01/2024, às 10:15:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/01/2024, às 10:15:34 horas, no lote (1) - Aquisição de cilindros de amostragem (com válvulas) para utilização nas rotinas de coleta de amostras de gás para monitoramento cromatográfico do COG (Concentração de Odorante no Gás), conforme especificações técnicas detalhadas constantes deste edital e seus anexos. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O licitante atendeu aos requisitos do edital. No dia 01/02/2024, às 10:25:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/02/2024, às 10:25:35 horas, no lote (1) - Aquisição de cilindros de amostragem (com válvulas) para utilização nas rotinas de coleta de amostras de gás para monitoramento cromatográfico do COG (Concentração de Odorante no Gás), conforme especificações técnicas detalhadas constantes deste edital e seus anexos. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O licitante atendeu aos requisitos do edital quanto ao objeto.

No dia 01/02/2024, às 10:25:35 horas, no lote (1) - Aquisição de cilindros de amostragem (com válvulas) para utilização nas rotinas de coleta de amostras de gás para monitoramento cromatográfico do COG (Concentração de Odorante no Gás), conforme especificações técnicas detalhadas constantes deste edital e seus anexos. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa J2T ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA com o valor R\$ 54.950,00.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

VICTOR SANTOS VALERIANO

Pregoeiro da disputa

JOSE MATOS LIMA FILHO

Autoridade Competente

SARAH FERREIRA DE SOUZA

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

40.075.701/0001-04 J2T ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA

20.936.627/0002-47 SINERGIA COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAIS LTDA

60.933.017/0001-23 TECFLUX LTDA



PREGÃO ELETRÔNICO N.º 30/2023
ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

De acordo com o Ata da Sessão Pública da Comissão de Licitação, (designada pela Portaria n.º 05, de 12 de julho de 2023), **HOMOLOGO** o **Pregão Eletrônico N.º 30/2023**, para aquisição de cilindros de amostragem (com válvulas) para utilização nas rotinas de coleta de amostras de gás para monitoramento cromatográfico do COG (Concentração de Odorante no Gás).

Para a aquisição de cilindros de amostragem (com válvulas), a SERGAS estabeleceu o valor médio de R\$ 62.869,56 (sessenta e dois mil oitocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) e **ADJUDICO** a aquisição de cilindros de amostragem (com válvulas), em favor da empresa **J2T ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA** pelo montante de **R\$ 54.950,00 (cinquenta e quatro mil novecentos e cinquenta reais)**, com base na Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, que instituiu a modalidade Pregão e, subsidiariamente, à Lei n.º 13.303, de 30 de junho de 2016. Observará também a Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 e a Lei Estadual n.º 5.848, de 16 de março de 2006.

Aracaju/SE, 01 de fevereiro de 2024.

José Matos Lima Filho
Diretor Presidente



PREGÃO ELETRÔNICO N.º 30/2023
ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS - PPU

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
01	Cilindro para Amostragem com Duas Conexões em Aço Inoxidável 304L com Revestimento (interno e externo) em Sulfinert, conforme Norma DOT-3A 1800. Pressão de Trabalho de 1800 psig (124 bar), Temperatura de Trabalho -53 a 426 °C. Extremidades: Rosca NPT fêmea de 1/4". Volume interno 1000 cm³	UND	04	12.034,50	48.138,00
02	Válvula agulha reta com castelo integral, série D, em aço inoxidável 316, conforme norma ASTM A182, haste não rotativa, em aço inoxidável 316, conforme ASTM A276 com ponta macia em PCTFE, pressão de trabalho de 3000 psig (206 bar), temperatura de trabalho -28 a 93 °C com o'ring em fluorcarbono FKM, coeficiente de vazão de 0,27, diâmetro do orifício de 0,156" (4 mm), extremidades: Rosca NPT macho de 1/4", manípulo tipo knob em alumínio anodizado na cor preta	UND	09	756,88	6.812,00