

1 Objeto

Aquisição de Desfibrilador Externo Automático portátil.

2 Descrição do Produto

Desfibrilador Externo Automático – DEA com as seguintes características:

- Fácil manuseio.
- Mínimo de 200 choques (200 Joules).
- Comando de viva-voz na língua portuguesa e leds indicadores.
- Possuir inteligência artificial, diagnosticando as condições do paciente.
- Gravar eventos para uma análise posterior, com memória interna deverá possuir capacidade de armazenamento de 45 minutos de ECG.
- Possuir forma de onda Bifásica com escala de energia até 200 Joules, com tempo de carga inferior a 8 seg para 150 Joules e inferior a 12 seg para 200 Joules.
- Equipamento fornecido com pás descartáveis. Fácil utilização e reposição das pás.
- Deverá possuir metrônomo interno auxiliando o usuário no ritmo da RCP.
- Resistente a quedas, vibrações e água;
- Software de conexão para gerenciar dados pelo PC.
- Aprovação: O protocolo de funcionamento deverá estar de acordo com as diretrizes mais recentes da *American Heart Association Guideline*.

3 Condições Gerais

3.1 Orçamento

A proposta deverá conter todos os dados cadastrais, como também preço(s) em real(is) incluindo todos os impostos e infraestrutura referentes à entrega do produto. Deverá estar expressa na proposta o prazo de entrega do produto.

3.2 Modalidade de Entrega

CIF - DESTINATÁRIO.

3.3 Pagamento

Prazo de pagamento de até 10 (dez) dias corridos, contados à partir da entrega e aceito da Nota Fiscal eletrônica. No caso de empresa domiciliada fora do município de Aracaju deverá ser emitido o documento Auxiliar RANFS. Serão exigidas as Certidões Negativas de Débitos (CNDs), **FGTS e TRIBUTOS FEDERAIS**, válidas nas fases de contratação do(s) serviço(s) e no pagamento da nota fiscal eletrônica.